

調達機器及びその構成

- 1 歩行神経筋電気刺激装置 L300Go システム 1 式
- 1-1 脳卒中・脊髄損傷（不全損傷）・外傷性脳損傷・脳性麻痺・多発性硬化症のような運動上位ニューロンの患者や損傷によって足が下がったり、膝が不安定になったりする患者に対して、移動能力の向上をもたらす機能的電気刺激装置（FES）システムであること。
- 1-2 3 軸ジャイロセンサー、加速度センサーを内蔵し、裸足での使用が可能であること。
- 1-3 EPG システムが患者の歩行アルゴリズムを検知し、最適なタイミングで刺激を行えること。
- 1-4 L300Go システムキット右、L300Go システムキット左、L300Go クリニシャンズキット、L300Go プログラマーの構成であること。

性能、機能以外に関する要件

- 2 設置条件等は、以下の要件を満たすこと。
- 2-1 調達物品の搬入及び据え付け、稼動のための調整を行なうこと。
- 2-2 装置の納入場所については、当院と協議すること。
- 2-3 当院が用意する一次側設備・施設建築物及び補強・電源等以外に必要な備品などが生じた場合は、供給者において用意すること。
- 2-4 装置の設置にあたり電源タップ・配線・配管等を必要とする場合は、納入業者の負担で用意すること。なお、現在の施設側電源設備・配線・配管等の状況については、当院に問い合わせること。
- 2-5 調達物品の構成内容については、当院に問い合わせること。
- 2-6 メンテナンスサービスの拠点が都内にあること。
- 2-7 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有していること。
- 2-8 本調達品の保証期間は、納入時から 1 年間とすること。
- 2-9 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
- 2-10 取扱説明書は、日本語版で 1 部以上提供すること。
- 2-11 納品時、取扱説明を行なうこと。
- 2-12 調達物品には、基本的機能を損なわないよう必要な物品を備えること。