

## 調達機器及びその構成

- 1 スマートパルス 1 式
- 1-1 心臓の微細な信号を分析してストレス度合と自律神経系の機能と血管状態を予測して持続的な健康管理を手助けする機器であること。  
心拍、身体的・精神的ストレス、自律神経のバランス、血管・血管循環の状態を測定でき、うつ・不安・睡眠障害などの精神的ストレス、慢性疲労などの身体的ストレスと共に血管の健康状態に対する客観的で正確なデータを提供できること。
- 1-2 モバイル端末機に接続して測定ができること。  
Android・iPhone&iPad に接続が可能で、Bluetooth 通信、および有線（USB ケーブル）で接続が可能であること。
- 1-3 アプリケーションのダウンロードが可能であること。
- 1-4 測定結果レポートを外付けプリンターにて印刷可能であること。
- 1-5 電源電圧：DC3.7V（充電式）であること。

## 性能、機能以外に関する要件

- 2 設置条件等は、以下の要件を満たすこと。
- 2-1 調達物品の搬入及び据え付け、稼動のための調整を行なうこと。
- 2-2 装置の納入場所については、当院と協議すること。
- 2-3 当院が用意する一次側設備・施設建築物及び補強・電源等以外に必要な備品などが生じた場合は、供給者において用意すること。
- 2-4 装置の設置にあたり電源タップ・配線・配管等を必要とする場合は、納入業者の負担で用意すること。なお、現在の施設側電源設備・配線・配管等の状況については、当院に問い合わせること。
- 2-5 調達物品の構成内容については、当院に問い合わせること。
- 2-6 メンテナンスサービスの拠点が都内にあること。
- 2-7 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有していること。
- 2-8 本調達品の保証期間は、納入時から 1 年間とすること。
- 2-9 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
- 2-10 取扱説明書は、日本語版で 1 部以上提供すること。
- 2-11 納品時、取扱説明を行なうこと。
- 2-12 調達物品には、基本的機能を損なわないよう必要な物品を備えること。